Прибор для измерения концентрации CO в окружающей среде

Артикул: 0632 3155

По

Вл

Те ра

Те хр

Ра

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ CO В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ TESTO 315-4

testo 315-4 – удобный, точный и прочный прибор для измерения концентрации CO в окружающей среде. Благодаря прочной конструкции и опциональному чехлу TopSafe прибор надежно защищен от внешних воздействий. С помощью высокочувствительного электрохимического сенсора CO прибор позволяет определить самые низкие концентрации высокотоксичного угарного газа. Таким образом, при использовании прибора можно безошибочно определить, насколько безопасно функционирует система отопления и вентиляции.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ CO В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ TESTO 315-4

- Соответствие стандарту EN 50543;
- Надежное и высокоточное измерение CO благодаря электрохимическому сенсору;
- Оптический и звуковой сигнал тревоги при превышении пороговых значений (настраиваются пользователем);
- Печать данных непосредственно на объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ CO В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ TESTO 315-4

Параметр	Значение
Сенсор CO	
Диапазон измерений	0…100 ppm
Погрешность (± 1 цифра)	±3 ppm (от 0 до 20 ppm); ±5 (>20 до 100 ppm)
Разрешение	0,5 ppm
Быстродействие, t90	<120 с
Измерение влажности	
Диапазон измерений	5…..95% ОВ
Погрешность (± 1 цифра)	±2,5% ОВ (от 5 до 95% ОВ)
Разрешение	0,1% ОВ
Измерение температуры	
Диапазон измерений	-10 … + 60 °C
Погрешность (± 1 цифра)	±0,5 °C (±1 цифра)
Разрешение	0,1 °C
Общие характеристики	
Рабочая температура	0…+40 °C
Температура хранения	-20…+60 °C
Рабочая влажность	0…95% ОВ
Класс защиты	IP 40 в соотв. с EN 60529
Тип аккумулятора	литиево-полимерный перезаряжаемый
Ресурс аккумулятора	50 ч. (при +20 °C) возможность питания от сети
Зарядка аккумулятора	в приборе через блок питания
Интерфейс	IrDA
Соответствие стандартам	EN 50543
Директива ЕС	2014/30/EU
Габаритные размеры	190 x 65 x 40 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 315-4

№	Наименование	Количество
1	Прибор для измерения концентрации CO в окружающей среде testo 315-4	1
2	Блок питания с USB-выходом и кабелем	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83