Артикул: Опция 01 (GSP-7830)



Описание Опция 01 GW INSTEK GSP-7830

При первичном заказе устанавливается на заводе-производителе.

Характеристики Опция 01 GW INSTEK GSP-7830

Наименование	Значение
Совместимость	GSP-7830
Трекинг генератор	9 кГц3000 МГц
Выходной уровень	-500 дБмВт
Погрешность установки	± 1 дБ (на 100 МГц, уровень 0 дБмВт)
Неравномерность АЧХ	± 1,5 дБ (уровень 0 дБмВт)
Уровень гармоник	< -30 дБн
Выход	N-типа (50 Ом; КСВН < 2)

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83