› добавочных токовых петель

Из
то

На

НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ ДОБАВОЧНЫХ ТОКОВЫХ ПЕТЕЛЬ TE7079

Модель **TE7079** предназначена для тестирования и калибровки сигналов токовых петель в электрических цепях.

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ ДОБАВОЧНЫХ ТОКОВЫХ ПЕТЕЛЬ TE7079

Модель **TE7079** обеспечивает следующие свойства при тестировании и калибровке сигналов токовых петель.

- Измерения 0 – 200мА: для измерения тока следует подсоединить прибор**TE7079** к тестируемой цепи. На дисплее отображается значение тока и его полярность.
- Целостность: для тестирования целостности цепи следует последовательно подсоединить тестируемую цепь к терминалам. Если цепь обнаружена, появляется звуковой и визуальный сигнал. Граница этого тестирования составляет приблизительно 100 Ом.
- Выходное напряжение 24 В: изолированный источник постоянного тока с напряжением 24 В предназначен для питания тестируемых токовых петель с диапазоном 4 – 20мА. Для исключения перегрузки выхода встроен предохранитель автоматического сброса. В случае перегрузки для дальнейшего использования следует охладить предохранитель в течение нескольких минут.

Комплектация TE7079

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование