



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

АППАРАТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ис
зн

Ис
зн

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА АВ-60-3

Аппарат высоковольтный АВ-60-3 предназначен для проведения испытаний изоляции электротехнического оборудования повышенным выпрямленным или переменным напряжением и, в случае необходимости, проведения предварительного «прожигания» поврежденной изоляции (то есть понижения сопротивления изоляции в месте повреждения до напряжения, достаточного для работы ударных генераторов или аппаратов прожига).

Имеет встроенную сертифицированную систему измерения высокого напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА АВ-60-3

Параметр	Значение
Напряжение питания частотой 50 Гц, В	220 ±22
Потребляемая мощность, кВА, не более	3
Максимальное переменное выходное напряжение, кВ при максимальном токе, мА	50 80
Максимальное выпрямленное выходное напряжение, кВ при максимальном токе, мА	60 80
Относительная погрешность измерения выходного напряжения, %, не более	3
Относительная погрешность измерения выходного выпрямленного тока, %, не более	3
Габаритные размеры, мм, не более: Пульт управления ПУ АВ-60-3 Блока высоковольтного БВ АВ-60-3	510x150x500 420x480x800
Масса, кг, не более: Пульт управления ПУ АВ-60-3 Блока высоковольтного БВ АВ-60-3	25 75

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АВ-60-3

Наименование	Количество
Пульт управления ПУ АВ-60-3	1
Блок высоковольтный БВ АВ-60-3	1
Кабель питания 5м	1
Кабель соединительный 3м	1
Провод заземления 5м	1
Паспорт	1