Ис
зна

Ис
зна

НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ВУ 80-200

Установка высоковольтная испытательная **ВУ 80-200** предназначена для генерирования высокого напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы тока нагрузки.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ВУ 80-200

- Разработка и производство России;
- Влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60;
- Автоматический циклический режим работы в режиме электрофильтра;
- Промышленный графический экран с температурным диапазоном -30…+50 °С;
- Защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием;
- Режим стабилизации тока;
- Аппаратное ограничение силы ток;
- Встроенная система охлаждения трансформаторного масла;
- Круглосуточная работа с максимальным током нагрузки;
- Температурная защита высоковольтного блока 60°;
- Необслуживаемый высоковольтный блок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ВУ 80-200

Параметр	Значение
Диапазон измерения напряжения постоянного тока, кВ	5,00…81,00
Диапазон измерения силы переменного тока, мА	1,00…240,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения, %	± 3,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы тока, %	± 3,0
Средний срок службы, лет, не менее	5
Средняя наработка на отказ, не менее, ч	8000
Максимальная потребляемая мощность, ВА	17000
Габаритные размеры блока индикации, мм	360x160×302
Габаритные размеры блока высоковольтного, мм	952x837x748
Масса блока индикации, кг	5±1
Масса блока высоковольтного, кг	170±3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВУ 80-200

№	Наименование	Количество
1	Блок управления	1
2	Блок высоковольтный	1
3	Кабель соединительный	1
4	Кабель сетевой	1
5	Провод заземления	1
6	Вставка плавкая 3,15 А (установлена в сетевом разъёме блока управления)	1
7	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83