Артикул: APPA A7D

Ди
за

Пе
U

По
U

Пе
I

То
пе

На

По

Из
со

Из
те

Из
RM

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A7D:

Клещи электроизмерительные APPA A7D: Измерение переменного тока 0,1 … 200 А; Измерение постоянного напряжения 1 … 600 В; Измерение переменного напряжения 1 … 600 В; Измерение сопротивления 1 Ом … 2 кОм; Прозвон; Удержание показаний; Охват провода до 16 мм; Съемные измерительные провода; Автовыключение питания.

- Все модели этой серии оснащены фиксаторами для измерительных щупов, которые могут быть использованы, как для их компактного хранения, так и для удобства при проведении измерений;
- Благодаря встроенному фотосенсору подсветка дисплея включится автоматически, если уровень освещения в зоне измерения окажется недостаточным для свободного считывания информации с дисплея;
- Технология “открытого” захвата, в корне меняет традиционную процедуру проведения измерений с помощью токовых клещей, делая её более простой и удобной. Особенно в условиях ограниченного пространства;
- Теперь для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышкой удерживаемой всего одним винтом.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A7D:

- Автоудержание показаний;
- Автовыбор режимов и диапазонов измерений - управление одной кнопкой;
- Удержание показаний в ручном режиме (HOLD);
- Автовыключение питания;
- Съёмные измерительные провода.

Характеристики APPA A7D

Измеряет	ACA DCV ACV Сопротивление
Ток переменный А	200
Разрешение по току (мА)	100
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	1000
Сопротивление максимум (кОм)	2
Разрешение по сопротивлению (Ом)	1
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	16
Прозвон цепи	да

Комплектация APPA A7D

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные APPA A7D	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Источник питания (установлен)	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83