

Выключатель фильтра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Размер провода, мм	ø24	ø30	ø30	ø54	ø54	ø24	ø33	ø55	ø55	ø24	ø40	ø40	ø68
Источник питания	Батарея	Батарея	Батарея	Батарея	Батарея	Батарея	Батарея	Батарея	Батарея	Батарея	Батарея	Батарея	Батарея
Рабочий диапазон температур	0...40°C	-10...50°C	-10...50°C	0...40°C	0...40°C	0...40°C	0...40°C	0...40°C	0...40°C	0...40°C	0...40°C	0...40°C	-10...50°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ CL150:

Измеряемая величина	Верхние пределы поддиапазонов измерений	Разрешение	Пределы допускаемой погрешности измерений в диапазоне частот		
			Постоянный ток	от 50 до 60 Гц	от 40 до 1000 Гц
Наряжение постоянного / переменного тока	40 В 400 В 1000 В / 750 В	0,01 В 0,1 В 1 В	$\pm (0,01 U + 0,02 В)$ $\pm (0,01 U + 0,2 В)$ $\pm (0,01 U + 2 В)$	$\pm (0,01 U + 0,02 В)$ $\pm (0,01 U + 0,2 В)$ $\pm (0,01 U + 2 В)$	$\pm (0,015 U + 0,03 В)$ $\pm (0,015 U + 0,3 В)$ $\pm (0,015 U + 3 В)$
Сила переменного тока	400 А 2000 А (от 0 до 1500 А) 2000 А (от 1500 до 2000 А)	0,1 А 1 А 1 А	-	$\pm (0,01 I + 0,3 А)$ $\pm (0,01 I + 3 А)$ $\pm 0,03 I$	$\pm (0,02 I + 0,3 А)$ $\pm (0,03 I + 3 А)$ -
Примечания U – измеренное значение напряжения , В ; I – измеренное значение силы тока , А ; * Погрешность измерений силы переменного тока для частот свыше 440 Гц установлена по данным фирмы - изготовителя					
Рабочие условия эксплуатации: - Температура окружающего воздуха , ° С - Относительная влажность при температуре 40° С ,			от 0 до 40 до 85		
Напряжение питания , В			3		
Габаритные размеры мм , не более			247 x 105 x 49		
Измерительный диаметр , мм , не более			54		
Масса , кг , не более			0,47		

Комплектация CL150

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные CL150	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Методика поверки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83