



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

По
I

На

Ва

Ан
шк

Из
со

Дл
(с)

ОСОБЕННОСТИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА - МИЛЛИАМПЕРМЕТРА KEW 2500:

- Разрешение при измерении постоянного тока - 0,01 мА;
- Высокая точность измерений - 0,2%;
- Раскрывающиеся клещи с диаметром обхвата 6мм удобны в тесных местах;
- Измерения от 0,01 мА до 120,0 мА;
- Двойной дисплей с подсветкой индицирует одновременно результат измерений и процентное соотношение от диапазона 4-20мА;
- Подсветка точки измерения;
- Аналоговый выход для внешнего записывающего устройства.

Характеристики KEW 2500

Параметр	Значение
Диапазон измерения постоянного тока	20/100 мА (автопереключение) ±0,2% измеренного значения ±5 ед.м.л.р. (0,00 мА - 21,49 мА) ±1,0% измеренного значения ±5 ед.м.л.р. (21,0 мА - 120,0 мА)
Диаметр обхвата (максимальная толщина проводника)	Ø6 мм
Аналоговый выход	Внешнее записывающее устройство: при измерении постоянного тока до 100 мА на выходе формируется постоянное напряжение 1000 мВ
Стандарты безопасности	IEC 61010-1, степень загрязнения 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 (EMC) IEC 60529 IP40, EN50581 (RoHS)
Рабочая температура и влажность	-10 - +50°C, <85% для прибора; -20 - +60°C, <85% для хранения данных
Источник питания	R6/LR6(AA) (1.5B) x 4
Продолжительность работы от батарей	Около 60 часов (непрерывно) с подсветкой дисплея и выключенном фонарике
Размер	111(Д) x 61(Ш) x 40(Г) мм - измеритель; 104(Д) x 34(Ш) x 20(Г) мм - клещи; 700 мм - соединительный кабель
Вес	290 г (включая батареи)

Комплектация KEW 2500

№	Наименование	Количество
1.	Прецизионные цифровые токоизмерительные клещи для измерения постоянного тока - миллиамперметр KEW 2500	1
2.	Батарея LR6(AA) (1.5B)	4
3.	Чехол 9096	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ KEW 2500:

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
---	--------------

1.	Кабель для подключения внешнего записывающего устройства 7256
----	---

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83