ник питания

Артикул: 43123702

По
на

По
то

На

То

Мо

Ко
ка

Ре
на

За
КЗ

Пи

Описание Aktakom APS-1237

Лабораторный источник питания АКТАКОМ APS-1237 выдаёт плавно регулируемое стабилизированное напряжение и стабилизированный ток. Благодаря высокой точности установки выходных параметров и доступной цене, лабораторный источник питания АКТАКОМ APS-1237 является превосходным выбором для использования в процессах ремонта или наладки электронного оборудования, а также для оснащения исследовательской лаборатории или производства.

Характеристики Aktakom APS-1237

Параметры	Значения
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...20 А
Максимальная мощность	600 Вт
Разрешение установки	0,1 В / 0,01 А
Погрешность установки напряжения	±(0,5%×Uвых+ 2 е.м.р.)
Погрешность установки тока	±(0,5%×Iвых + 10 е.м.р.)
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 до 0,9 макс. значения	±(0,5%×Uвых + 5 мВ)
Нестабильность выходного тока при макс. напряжении на нагрузке от 0 до 0,9 макс. значения	±(0,5%×Iвых + 5 е.м.р.)
Нестабильность выходных параметров при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения	по напряжению: ±(0,5%×Uвых + 2 мВ)
	по току: ±(0,5%×Iвых + 5 е.м.р.)
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения	10 мВскз
Дополнительный выход	USB 5 В/2А
Питание	(220 ± 20) В / (50 ± 2) Гц
Габаритные размеры	315x255x155 мм
Масса	12,5 кг

Комплектация Aktakom APS-1237

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-1237	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83