телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

центральный офис в москве
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

тестер утечки ультразвукового датчика ULT800

Артикул: 2434187



Из (ра Ни ди Ве ди

> xp: Pa

Tei

Ве

Ди мо

Вл

НАЗНАЧЕНИЕ ULT800

ULT800 проводит тестирование электробезопасности ультразвуковых датчиков вне зависимости от типа и производителя аппарата. Это обеспечивается за счет множества опционально поставляемых адаптеров, с помощью которых можно проводить тестирования даже для чреспищеводных эхокардиографических датчиков.

С помощью данного прибора можно проводить испытания прибора во время дезинфекции датчика. Пользователь погружает датчик в лоток для дезинфекции в начале дня и после каждого пациента, если датчик безопасен, то загорается зеленый индикатор. Простая система индикации и проведения теста делает возможным использование прибора даже людьми без специальных навыков.

ОСОБЕННОСТИ ULT800

- легкий и компактный;
- прямая индикация тока утечки;
- работа от аккумулятора;
- работает со всеми УЗ системами и типами УЗ датчиков;
- встроенная система самотестирования;
- автовыключение для экономии заряда аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ULT800

Параметры		Значения
Ток проводимости	Нижний предел прохождения теста	250 мкА ± 5%
Ток утечки	Верхний предел прохождения теста	185 мкА ± 5%
	Нижний предел прохождения теста	20 мкА ± 5 мкА
Параметры питания	Источник питания	алкалиновая батарея на 9 В
	Работа от батареи	1000 тестов
Физические параметры	Размеры	17 см × 19 см × 4 см
	Bec	340 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ULT800

Nº	Наименование	Количество
1.	Тестер ULT800	1

