



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

тестер утечки ультразвукового датчика ULT800

Артикул: 2434187



Из
(р
Ни
ди
Ве
ди
Тел
хр
Ра
Ве
Ди
мо
Вл
Ут

НАЗНАЧЕНИЕ ULT800

ULT800 проводит тестирование электробезопасности ультразвуковых датчиков вне зависимости от типа и производителя аппарата. Это обеспечивается за счет множества опционально поставляемых адаптеров, с помощью которых можно проводить тестирования даже для чреспищеводных эхокардиографических датчиков.

С помощью данного прибора можно проводить испытания прибора во время дезинфекции датчика. Пользователь погружает датчик в лоток для дезинфекции в начале дня и после каждого пациента, если датчик безопасен, то загорается зеленый индикатор. Простая система индикации и проведения теста делает возможным использование прибора даже людьми без специальных навыков.

ОСОБЕННОСТИ ULT800

- легкий и компактный;
- прямая индикация тока утечки;
- работа от аккумулятора;
- работает со всеми УЗ - системами и типами УЗ - датчиков;
- встроенная система самотестирования;
- автовыключение для экономии заряда аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ULT800

Параметры		Значения
Ток проводимости	Нижний предел прохождения теста	250 мкА ± 5%
	Верхний предел прохождения теста	185 мкА ± 5%
Ток утечки	Нижний предел прохождения теста	20 мкА ± 5 мкА
	Источник питания	алкалиновая батарея на 9 В
Параметры питания	Работа от батареи	1000 тестов
	Размеры	17 см × 19 см × 4 см
Физические параметры	Вес	340 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ULT800

№	Наименование	Количество
1.	Тестер ULT800	1

