



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

измерения интенсивности освещения Testo

ESKO@ESKOMP.RU

Артикул: 0635 0545



Ди
изи

По

Ра

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА 0635 0545

Зонд 0635 0545 предназначен для измерения уровня освещенности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Длина кабеля	1,8 м
Измерение освещенности (кремниевый фотодиод)	
Диапазон измерений	0 ... 100000 люкс 0 ... 300 Гц
Погрешность	Погрешн.по DIN 13032-1: f1 = 6 % = V(Lambda) настройка f2 = 5 % = оценка по cos Класс C в соответствии с DIN 5032-7
Разрешение	1 люкс

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83