



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43771501



На
То
На
В
То
Ко
ка
Ко
ка
Ди
уп
По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7715

Источник питания APS-7715 является высоковольтной моделью предназначенной для выдачи стабилизированного напряжения от 0 до 75 В и тока от 0 до 15 А. APS-7715 имеет наилучшую точность установки 0,01% по напряжению и 0,05% по току.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7715

- Двустрочный ВФД дисплей (5 ½ разряда)
- Низкий уровень шумов и пульсаций
- Встроенный вольтметр и миллиомметр
- Индикаторы режимов ограничения тока и напряжения
- Высокая стабильность выходных параметров
- Работа по списку: макс. 8 тестов, макс. 200 шагов
- Режим автоматического тестирования
- Запуск по импульсам
- Компенсация падения напряжения на проводах
- Выход синхронизации
- Интеллектуальный вентилятор
- Интерфейс: RS-232/USB
- Управление при помощи SCPI команд

Характеристики Aktakom APS-7715

Параметр		Значения
Количество каналов		1
Выходные параметры	напряжение	0...75 В
	ток	0...15 А
Нестабильность по напряжению		0.01%+1 мВ
Нестабильность по току		0.01%+0,1 мА
Разрешение установки	напряжение	2 мВ
	ток	2 мА
Разрешение считывания	напряжение	0,1 мВ
	ток	0,1 мА
Погрешность установки	напряжение	0.01%+10 мВ
	ток	0.05%+1 мА
Погрешность считывания	напряжение	0.03%+15 мВ
	ток	0.05%+12 мА
Пульсации+шум	по напряжению	6 мВп-п
	ток	3 мАскз
Погрешность встроенного вольтметра	0 - 12 В	0.02%+2 мВ
	0 - 50 В	0.02%+5 мВ

Погрешность встроенного миллиомметра	0 - 1000 мОм	0.2%+3 мОм
	1000 - 10000 мОм	0.2%+6 мОм
Напряжение питания		110 В/220 В ± 10%; 50/60 Гц
Габаритные размеры		482 x 184,5 x 531 мм
Масса		45 кг

Комплектация Aktakom APS-7715

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-7715	1
2.	Кабель питания	1
3.	Провода	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83