



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ибратор уровня шума

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CENTER 326:

- Выходной уровень звукового давления 94 дБ, 114 дБ;
- Частота сигнала калибровки 1000 Гц $\pm 2\%$;
- Погрешность установки выходного уровня $\pm 0,5$ дБ.

Характеристики Center 326

Выходной уровень	94 дБ, 114 дБ
Частота	1000 Гц $\pm 2\%$
Базовая погрешность	$\pm 0,5$ дБ

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83