



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Filter Unit 300 Micron

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

FO
ан:
заг



Описание Фильтр FOSS Filter Unit 300 Micron

FOSS Filter Unit 300 Micron — это фильтрующий элемент, предназначенный для предварительной очистки образцов молока перед спектроскопическим анализом в автоматических анализаторах MilkoScan™. Фильтр обеспечивает удаление крупных частиц, комков казеина, соматических клеток и других загрязнений, которые могут повлиять на точность измерений или вызвать засоры в системе прибора.

Преимущества использования:

- Предотвращает засоры и поломки оборудования
- Обеспечивает стабильную работу системы
- Повышает точность и воспроизводимость результатов анализа
- Простота замены в рамках регулярного технического обслуживания
- Периодичность замены:
- Рекомендуется менять фильтр регулярно, согласно графику ТО (обычно каждые 500–1000 измерений, в зависимости от качества образцов)
- Необходимо заменить при снижении производительности, увеличении времени прокачки или появлении ошибок "Sample Flow Error"

Характеристики Фильтр FOSS Filter Unit 300 Micron

Характеристика	Описание
Тип	Сетчатый фильтр
Размер пор	300 микрон (0,3 мм)
Артикул	77399815
Производитель	FOSS A/S (Дания)
Назначение	Предварительная фильтрация молочных проб перед измерением
Совместимость	MilkoScan FT3, MilkoScan FT1+, MilkoScan Major, MilkoScan Minor, MilkoScan FT+
Функция фильтра	Устанавливается в линию подачи пробы и задерживает твёрдые частицы и агломераты, защищая оптическую систему и внутренние трубопроводы анализатора

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83