



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

Телефон  
**Fluke 750R30**  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Flu  
Mo

## Описание FLUKE-750R30

Fluke 750R30 - модуль давления, 0–5000 фунтов на кв. дюйм (0–340 бар), (0–34 МПа). Модули избыточного давления оснащены одним фитингом давления и измеряют давление относительно атмосферного давления. Модули дифференциального давления оснащены двумя фитингами давления и измеряют разницу между давлением, подаваемым на верхний фитинг, и давлением на нижнем фитинге. Каждый модуль имеет четкую маркировку диапазона, превышения давления и совместимости со средой. В комплект каждого модуля входят адаптеры с нормальной трубной резьбой (NPT), британской трубной конической резьбой (BSP) и с метрической резьбой M20.

### Особенности:

- Допустимая погрешность составляет 0,025 %
- 6-месячная и годовая спецификации
- Компенсация температуры в диапазоне от 0 °C до 50 °C
- Цифровой обмен данными с калибратором, отсутствие аналоговых потерь или ошибок
- Широкий выбор диапазонов
- Модели для измерения избыточного, дифференциального, абсолютного давления, двухдиапазонные, вакуумные

### Технические характеристики Fluke 750R30

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Параметр / диапазон                          | от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) |
| Рейтинг разрыва                              | 3X                                                |
| Высокая среда                                | Нерж. сталь 316                                   |
| Низкая среда                                 | Нет                                               |
| Допустимая погрешность %                     | ± 0,01                                            |
| Суммарная погрешность 1 год (15-35 °C) %     | ± 0,02                                            |
| Суммарная погрешность 1 год %                | ± 0,04                                            |
| Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35 °C) % | ± 0,015                                           |
| Суммарная погрешность 6 месяцев %            | ± 0,035                                           |

### Комплект поставки Fluke 750R30

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1. | Модуль давления          |
| 2. | Руководство пользователя |
| 3. | Упаковка                 |

## Характеристики FLUKE-750R30

| Технические характеристики Fluke 750R30 |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Вес кг.                                 | 0.292 |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**