



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 196 В-4
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4424816

Если
эту
де



Описание Fluke 7196B-4

7196-4 Сравнительный калибратор LN2, 4 отверстия

Недорогие калибраторы для температуры до $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Недорогие калибраторы для температуры до $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Простота в применении
- Погрешность менее 2 мК

Если вам необходимо выполнять калибровку при температуре тройной точки аргона, но сложность и дороговизна ампул тройной точке аргона вас не устраивают, эту задачу можно решить с помощью калибраторов Fluke Calibration для сравнительной калибровки на жидком азоте2 модели 7196. Они более чем в два раза дешевле других моделей ячеек на тройной точке аргона.

Номинальная температура кипения азота равна $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ при давлении в 1 атм. Определяющая тройная точка аргона соответствует температуре $-189,3442\text{ }^{\circ}\text{C}$. Поправка на различие между номинальной точкой кипения азота и тройной точкой аргона может вноситься математически с погрешностью менее 2 мК от фактической температуры тройной точки аргона.

Калибраторы компании Fluke Calibration на жидком азоте2 для сравнительной калибровки состоят из стеклянного сосуда Дьюара с дополнительной теплоизоляцией, блока из меди высокой очистки и точно пригнанной крышки. Сосуд Дьюара заполнен жидким азотом2, в который погружен медный блок. Стандартный платиновый термометр сопротивления (SPRT) помещается в блок, после чего производится калибровка относительно заранее откалиброванного SPRT. В модели **7196-4** предусмотрены четыре резервуара диаметром 8 мм. В модели **7196-13** предусмотрены пять резервуаров диаметром 8 мм и восемь камер резервуаров диаметром 6,35 мм.

| Технические характеристики | |
|----------------------------|--|
| Температура | Номинал $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ в зависимости от атмосферного давления |
| Температурные камеры | 7196-4: четыре резервуара диаметром 8 мм |
| | 7196-13: пять резервуаров диаметром 8 мм, восемь резервуаров диаметром 6,35 мм |
| | Оба блока: погружение от верхней части крышки до дна резервуара – 275 мм, в медный блок – 150 мм |
| Габариты | Внешний диаметр – 180 мм, высота – 385 мм |
| Температурная погрешность | Как правило, менее 2 мК |
| Объем | 3,5 л жидкого азота |

Характеристики Fluke 7196B-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE CALIBRATION 7196B-4

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83