



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 00 00  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Шолохова, д. 11  
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**Устройство проверки индукционных счетчиков (с держателем)**



## Описание Марс-Энерго УФС-И с держателем

Устройство фотосчитывающее (в дальнейшем УФС). УФС-И для проверки индукционного счетчика электроэнергии (с диском) (необходимо на счетчик установить УФС и подключить его к частотному входу измерительного прибора).

УФС-И запоминает среднюю освещенность вращающегося диска счетчика от излучателя и регистрирует уменьшение освещенности при прохождении перед фотоприемником метки диска (черной или красной).

## Характеристики Марс-Энерго УФС-И с держателем

Параметр	Значение
Амплитуда импульсов	( U пит ± 0,5) В
Длительность импульса	(10 ± 5) мс
Частота f (Гц)	Пропорциональна измеряемой счетчиком мощности
Габаритные размеры	110 x 90 x 200 мм
Масса	не более 0,5 кг
Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	- 20 °С до + 50 °С
Относительная влажность	90% при + 30 °С
Атмосферное давление	от 70 до 106,7 кПа (537 - 800 мм рт. ст.)

## Комплектация Марс-Энерго УФС-И с держателем

№	Наименование	Количество
1	Устройство проверки индукционных счетчиков - УФС-И	1
2	Паспорт	1
3	Упаковка	1
4	Держатель	1