ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: RP6150A



Описание Rigol RP6150A

Пробник пассивный ВЧ низкоимпедансный DC-1,5 ГГц, коэф. ослабления 10х, макс. входное напряжение 7 Вскз САТ, входной импеданс 500 Ом. Для осциллографов Rigol серий DS/MSO4000, DS6000.

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83