



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ис
зн

Ис
зн

НАЗНАЧЕНИЕ СТЕНДА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СВИ-100

Стенд высоковольтный испытательный СВИ-100 предназначен для использования в составе стационарного испытательного стенда для испытания твердых диэлектриков, кабелей и других устройств и приспособлений постоянным (до 100 кВ) и переменным (до 75 кВ) высоким напряжением. СВИ-100 рассчитан для эксплуатации в районах с умеренным климатом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СВИ-100

Параметр	Значение
Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В	220-11
Наибольшее выпрямленное напряжение, кВ	100
Наибольшее переменное напряжение, действующее значение, кВ	75
Наибольший рабочий ток, среднее значение, мА	30
Диапазон температур окружающего воздуха, оС	от минус 20 до +40
Относительная влажность воздуха при температуре 25 С	до 80 %
Атмосферное давление, мм рт. ст.	650 – 800

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СВИ-100

№	Наименование	Количество
1	Стенд высоковольтный испытательный СВИ-100. Блок управления	1
2	Стенд высоковольтный испытательный СВИ-100. Блок высокого напряжения	1
3	Короткозамыкатель КЗМК-140	1
4	Диод высоковольтный ВД-140	1
5	Резистор токоограничивающий Р-140	1
6	Подставка ПВ-140	2
7	Комплект проводов и кабелей	1
8	Конденсатор фильтрующий ИМН 100 0,25	2
9	Красный сигнальный светильник	1
10	Выключатель блокировочный	2
11	Сирена СС-1	1
12	Измеритель высокого напряжения постоянного и переменного тока РД140-ПТ	1 комплект
13	Измеритель тока высокопотенция ИТВ-140Р	1 комплект
14	Руководство по эксплуатации стенд высоковольтный испытательный СВИ-100	1
15	Руководство по эксплуатации измеритель высокого напряжения постоянного и переменного тока РД140-ПТ	1
16	Руководство по эксплуатации измеритель ИТВ-140Р	1