



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Зонд освещенности и ультрафиолетового излучения

Артикул: 0572 2157



По

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА ОСВЕЩЕННОСТИ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 0572 2157

С помощью цифровых зондов освещённости/УФ-излучения Вы сможете проводить высокоточный мониторинг чувствительных к свету экспонатов в выставочных залах и витринных шкафах.

Зонд поставляется с кабелем длиной 0,6 м. При необходимости Вы можете заказать зонд с кабелем длиной 2,5 м. Несколько кабелей могут быть последовательно подключены друг к другу (до длины 10 метров).

Зонды освещённости и УФ-излучения идеальны для применения в музеях, галереях и на других выставочных площадках. Используйте точные зонды (в сочетании с логгерами данных) для контроля количества света и ультрафиолетового излучения, действующего на экспонаты.

Зонды температуры/влажности позволяют проводить высокоточные измерения. Поскольку обработка измеренных значений производится непосредственно в зонде, на качество измерений не влияет длина кабеля между длиной кабеля зонда, подсоединённого к WiFi-логгеру данных. Зонд может быть отправлен на калибровку отдельно от логгера данных.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА ОСВЕЩЕННОСТИ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 0572 2157

- Компактные зонды освещённости и УФ-излучения для измерений в витринных шкафах и на экспонатах;
- Незаметное размещение и надёжный мониторинг на чувствительных к свету экспонатах;
- Измерение освещённости в соответствии с категорией точности C согласно DIN 5032;
- Диапазон измерения: освещённость 0 – 20 000 лк; УФ-излучение 0 – 10 000 мВт/м².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 160 LUX / UV PROBE

Параметр	Значение
Измерение освещенности (кремниевый фотодиод)	
Диапазон измерений	0 ... 20000 люкс
Погрешность	Соответствует классу C по DIN 5032-7. ± 3 люкс или ± 3 % от изм. знач. (refers to reference DIN 5032-7 Class L)
Измерение УФ-излучения	
Диапазон измерений	0 ... +10000 мВт / м.кв.
Погрешность	± 5 мВт / м.кв. или ± 5 % от изм. знач. (refers to external reference)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0572 2157

№	Наименование	Количество
1	Цифровой подключаемый зонд освещённости и УФ-излучения (длина кабеля 0,6 м)	1
2	Заводской протокол калибровки	1